

学校給食の放射性物質測定結果

沼田市給食センターでは、学校給食の安全確認と児童生徒に安全な学校給食を提供するため、市の消費生活センター内に設置してある検査機器を利用して、調理済み食材の検査を沼田市内の各調理場で、それぞれ月2回実施することになりました。

最新の検査結果

6月14日学校給食調理済み食材(利根調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	3.1Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	4.6Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	4.0Bq/Kg	

* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品:100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1. 検査食品(調理済み給食)

ミルクパン(県内製造)

オキヒラスのマヨネーズ焼き

(使用食材)オキヒラス(ニュージーランド産)・マヨネーズ(国内産)

インゲンのソテー

(使用食材)さやいんげん(北海道産)・エリンギ(長野県産)

コーン(国産)

レモンサラダ

(使用食材)キャベツ(千葉県産)・きゅうり(沼田市産)

パプリカ(オランダ産)・ブロッコリー(エクアドル産)

カレースープ

(使用食材)ウインナー(国産)・れんこん(国産)・たまねぎ(群馬県産)

にんじん(千葉県産)・だいこん(沼田市産)

ひよこ豆(アメリカ産)・こまつな(群馬県産)

2. 調理場所…利根調理場

3. 調理日…平成28年6月23日

4. 測定日…平成28年6月23日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300
を用いた簡易測定(測定時間：30分)

過去の検査結果

- ・ 平成24年6月28日(白沢調理場)
- ・ 平成24年6月27日(沼田給食センター)
- ・ 平成24年6月15日(利根調理場)
- ・ 平成24年6月14日(白沢調理場)
- ・ 平成24年6月13日(沼田給食センター)
- ・ 平成24年6月 1日(利根調理場)
- ・ 平成24年5月31日(白沢調理場)
- ・ 平成24年5月28日(沼田給食センター)
- ・ 平成24年1月23日(白沢調理場)
- ・ 平成23年12月5日(沼田給食センター)