

学校給食の放射性物質測定結果

9月6日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	3.5 Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	5.2 Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	4.6 Bq/Kg	

* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品：100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1. 検査食品(調理済み給食)

(1) ソフトフランスパン

(使用食材)小麦粉(アメリカ産、カナダ産)

(2) ガーリックチキン

(使用食材)鶏肉(国内産)

(3) グリーンサラダ

(使用食材)きゅうり(群馬県産)、ブロッコリー(エクアドル産)、
キャベツ(群馬県産)、パプリカ(オランダ産)

(4) コーンシチュー

(使用食材)ベーコンショルダー(国内産)、にんじん(北海道産)、
たまねぎ(白沢町産)、じゃがいも(白沢町産)、
マッシュルーム(ポーランド産)、ヤングコーン(タイ産)、
ほうれん草(沼田市産)、ホールコーン(北海道産)、
白いんげん(国内産)、コーンクリーム(アメリカ産)、
スキムミルク(国内産)

(5) なし

(使用食材)なし(群馬県産)

2. 調理場所…白沢調理場

3. 調理日…平成28年9月6日

4. 測定日…平成28年9月6日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300
を用いた簡易測定(測定時間：30分)