

学校給食の放射性物質測定結果

6月21日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	3.1 Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	4.2 Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	3.7 Bq/Kg	

* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品:100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1. 検査食品(調理済み給食)

(1) 減量ごはん

(使用食材) 白飯(群馬県産)

(2) ごぼうめしの具

(使用食材) ごぼう(青森県産)、とり肉(岩手県産)、にんじん(熊本県産)、しめじ(長野県産)、えだまめ(インドネシア産)、油揚げ(宮崎県産)

(3) 具だくさん卵焼き

(使用食材) スチコンエッグベース(国内産)、ほうれん草(熊本県産)、ツナ(太平洋産)、味つきひじき(韓国産)

(4) 浅漬け

(使用食材) きゅうり(沼田市産)、キャベツ(沼田市産)、にんじん(熊本県産)

(5) こしね汁

(使用食材) 生揚げ(沼田市産)、こんにゃく(沼田市産)、しいたけ(群馬県産)、根深ねぎ(茨城県産)、だいこん(沼田市産)、じゃがいも(茨城県産)

2. 調理場所…白沢調理場

3. 調理日…平成29年6月21日

4. 測定日…平成29年6月21日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300
を用いた簡易測定(測定時間：30分)