

## 学校給食の放射性物質測定結果

10月15日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

### 【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	2.9 Bq/Kg	—
放射性セシウム134	未検出	4.2 Bq/Kg	
放射性セシウム137	未検出	3.5 Bq/Kg	

### \* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

### \* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品：100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

### 【検査食品等】

#### 1. 検査食品(調理済み給食)

##### (1) アップルパン

(使用食材)小麦(アメリカ産、カナダ産)、りんご(国内産)

##### (2) シマガツオのトマトクリームソースかけ

(使用食材)シマガツオ(千葉県産)、トマト(イタリア産)、生クリーム(国内産)

##### (3) じゃがいもときのこのペペロンチーノ

(使用食材)じゃがいも(北海道産)、しめじ(長野県産)、さやいんげん(北海道産)

##### (4) 花野菜サラダ

(使用食材)ブロッコリー(エクアドル産)、カリフラワー(エクアドル産)、キャベツ(群馬県産)、パプリカ(オランダ産)、ホールコーン(北海道産)、きゅうり(群馬県産)

##### (5) 根菜のコロコロ野菜スープ

(使用食材)ベーコン(群馬県産)、にんじん(北海道産)、たまねぎ(白沢町産)、だいこん(千葉県産)、ごぼう(群馬県産)、れんこん(山口県産)、しいたけ(白沢町産)

#### 2. 調理場所…白沢調理場

3. 調理日…平成27年10月15日

4. 測定日…平成27年10月15日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300  
を用いた簡易測定(測定時間：30分)