

## 市内空間放射線量測定結果（令和3年11月）

No	測定地点	測定日時	天候	測定値（単位：マイクロシーベルト／時間）		
				地表	地表50cm	地表100cm
1	テラス沼田	11/4 8:51	晴	0.09	0.07	0.07
2	利南地区 コミュニティセンター	11/4 11:46	晴	0.05	0.06	0.05
3	池田地区 コミュニティセンター	11/4 14:50	晴	0.07	0.06	0.05
4	薄根地区 コミュニティセンター	11/4 14:06	晴	0.07	0.08	0.06
5	川田地区 コミュニティセンター	11/4 13:35	晴	0.05	0.05	0.06
6	白沢支所	11/4 9:28	晴	0.05	0.05	0.04
7	利根支所	11/4 9:48	晴	0.09	0.08	0.08

■除染の対象となる基準値 0.23マイクロシーベルト／時間

■測定に使用した機器 日立アロカ製 シンチレーションサーベイメータ TCS171-B

■測定者 市環境課職員

■問い合わせ 環境課環境係(内線3071)