

学校給食の放射性物質測定結果

4月12日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	4.0 Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	6.0 Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	5.0 Bq/Kg	

* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品：100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1. 検査食品(調理済み給食)

(1) はちみつパン

(使用食材) 小麦粉(アメリカ産、カナダ産)

(2) 手作りオムレツ

(使用食材) スチコンエッグベース(国内産)、ツナ水煮(国内産)、ほうれん草(群馬県産)、ホールコーン(北海道産)、たまねぎ(北海道産)

(3) シーフードマリネ

(使用食材) イカ(ペルー産、チリ産)、むきえび(インド産)、だいこん(千葉県産)、きゅうり(群馬県産)、赤ピーマン(韓国産)、マリネベース(国内産)

(4) ABCスープ

(使用食材) ABCマカロニ(国内産)、にんじん(徳島県産)、たまねぎ(北海道産)、キャベツ(愛知県産)、こまつな(群馬県産)、セロリー(茨城県産)

(5) 甘夏

(使用食材) なつみかん(愛媛県産)

2. 調理場所…白沢調理場

3. 調理日…平成28年4月12日

4. 測定日…平成28年4月12日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300
を用いた簡易測定(測定時間：30分)