

学校給食の放射性物質測定結果

1月21日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	2.5 Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	3.8 Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	2.8 Bq/Kg	

* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品:100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1. 検査食品(調理済み給食)

(1) ソフトフランスパン

(使用食材)小麦粉(アメリカ産、カナダ産)

(2) モウカのバジルトマト焼き

(使用食材)モウカ(宮城県産)、たまねぎ(北海道産)、トマト角煮(イタリア産)

(3) コーンサラダ

(使用食材)ホールコーン(アメリカ産)、ブロッコリー(エクアドル産)、だいこん(沼田市産)、赤ピーマン(アメリカ産)

(4) 白菜のクリーム煮

(使用食材)とり肉(岩手県産)、たまねぎ(北海道産)、にんじん(茨城県産)、白菜(群馬県産)、エリンギ(白沢町産)、しめじ(長野県産)、ほうれん草(九州産)、ブロッコリー(エクアドル産)

(5) 焼きプリンタルト

(使用食材)焼きプリンタルト(国内産)

2. 調理場所…白沢調理場

3. 調理日…令和2年1月21日

4. 測定日…令和2年1月21日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300
を用いた簡易測定(測定時間：30分)