

## 学校給食の放射性物質測定結果

2月19日学校給食調理済み食材(白沢調理場)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

### 【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	未検出	3.0 Bq/Kg	—
放射性セシウム 134	未検出	3.7 Bq/Kg	
放射性セシウム 137	未検出	3.9 Bq/Kg	

### \* 未検出

未検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

### \* 放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品:100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品毎に別途暫定基準値が決められています。

### 【検査食品等】

#### 1. 検査食品(調理済み給食)

##### (1) ごはん

(使用食材) 白飯(利根沼田産)

##### (2) さわらの照り焼き

(使用食材) さわらの照り焼き(韓国産)

##### (3) 五目まめ

(使用食材) とり肉(岩手県産)、れんこん(中国産)、こんにゃく(昭和村産)、干ししいたけ(国内産)、だいず(国内産)

##### (4) いそあえ

(使用食材) キャベツ(昭和村産)、もやし(栃木県産)、にんじん(千葉県産)、こまつな(九州産)

##### (5) 厚揚げとごぼうのみそ汁

(使用食材) ごぼう(青森県産)、にんじん(千葉県産)、だいこん(神奈川県産)、しめじ(長野県産)、じゃがいも(北海道産)、生揚げ(アメリカ産)、根深ねぎ(白沢町産)

#### 2. 調理場所…白沢調理場

#### 3. 調理日…令和2年2月19日

4. 測定日…令和2年2月19日

5. 測定方法

消費生活センターの簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300

を用いた簡易測定(測定時間：30分)