

学校給食の放射性物質測定結果

沼田市では、学校給食の安全確認と児童生徒に安全な学校給食を提供するため、市消費生活センター内に設置してある検査機器を利用して、調理済み食材の放射能検査を実施しています。

2月21日(水)に実施した、学校給食調理済み食材(学校給食センター)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

【測定結果】

測定核種	測定結果	検出限界値	セシウム合計
放射性ヨウ素 131	不検出	3.0Bq/Kg	
放射性セシウム134	不検出	4.7Bq/Kg	—
放射性セシウム137	不検出	4.4Bq/Kg	—

※不検出

不検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

※放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品：100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品ごとに別途暫定基準値が決められています。

【検査食品等】

1 検査食品(学校給食調理済み食材)

(1) ごはん：精白米(利根沼田産)

(2) カニ玉

[使用食材] 卵(新潟県産他)、カニ(鳥取県産他)、にんじん(北海道産他)
たけのこ(タイ産)、ねぎ(鹿児島県産)、しいたけ(韓国産)
かたくり粉(北海道産)

(3) だいこんナムル

[使用食材] だいこん(神奈川県産)、ほうれん草(群馬県産他)
コーン(タイ産)、パプリカ(ポルトガル産)

(4) 具だくさんマーボー

[使用食材] 豚肉(群馬県産)、にんじん(千葉県産)、たまねぎ(北海道産)
たけのこ(タイ産)、干しいたけ(国産)、はくさい(茨城県産)
ニラ(茨城県産)、とうふ(国産)、かたくり粉(北海道産)

2 調理場所…沼田市学校給食センター

3 調理日…令和6年2月21日(水)

4 測定日…令和6年2月21日(水)

5 測定方法

市消費生活センター設置の簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300 を用いた
簡易測定(測定時間：30分)