

## 学校給食の放射性物質測定結果

沼田市では、学校給食の安全確認と児童生徒に安全な学校給食を提供するため、市消費生活センター内に設置してある検査機器を利用して、調理済み食材の放射能検査を実施しています。

3月15日(金)に実施した、学校給食調理済み食材(学校給食センター)の放射性物質測定結果については、放射性ヨウ素・放射性セシウムとも、検出されませんでした。

### 【測定結果】

| 測定核種       | 測定結果 | 検出限界値    | セシウム合計 |
|------------|------|----------|--------|
| 放射性ヨウ素 131 | 不検出  | 2.9Bq/Kg |        |
| 放射性セシウム134 | 不検出  | 4.5Bq/Kg | —      |
| 放射性セシウム137 | 不検出  | 3.7Bq/Kg | —      |

#### ※不検出

不検出とは表中の検出限界値未満であることを表します。

#### ※放射性セシウム等の基準値について

放射性セシウムの基準値(一般食品：100Bq/Kg)との比較は、セシウム134とセシウム137を合計した数値で行っています。

放射性ヨウ素については、食品ごとに別途暫定基準値が決められています。

### 【検査食品等】

#### 1 検査食品(学校給食調理済み食材)

(1) ごはん：精白米(利根沼田産)

(2) 和風おろしハンバーグ

[使用食材] 鶏肉(国産)、豚肉(国産)、たまねぎ(国産)

だいこん(神奈川県産)、かたくり粉(北海道産)

(3) ウドのいため煮

[使用食材] 鶏肉(国産)、こんにゃくいも(沼田市産)、ウド(沼田市産)

(4) わかめのみそ汁

[使用食材] たまねぎ(北海道産)、にんじん(埼玉県産)

じゃがいも(北海道産)、厚揚げ(国産)、わかめ(韓国産)

#### 2 調理場所…沼田市学校給食センター

#### 3 調理日…令和6年3月15日(金)

#### 4 測定日…令和6年3月15日(金)

#### 5 測定方法

市消費生活センター設置の簡易測定器

測定機器…NaI(Tl)シンチレーション検出器、千代田テクノル RAD IQTM FS300 を用いた簡易測定(測定時間：30分)